



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ульяновской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 73.ОЦ.11.000.М.001164.09.19 от 20.09.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" в г. Ульяновске по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

(Российская Федерация)

**Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**

областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр "ЗАБОТА" в г. Ульяновске" г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)**

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

**Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):**

Экспертное заключение №1330/2853 ОЛД/10 от 06.09.2019 г. выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"



**Заключение действительно**

**Главный государственный санитарный врач**

(заместитель главного государственного санитарного врача) *Бородакин Дмитрий Анатольевич*



**№ 2992544**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Ульяновской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 73.ОЦ.11.000.М.001164.09.19 ОТ 20.09.2019 г.

Условия работы с источниками ионизирующего излучения: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование:

1.1 Адрес юридический: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

1.2 Адрес фактический: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

2. Эксплуатация:

2.1 Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-01-"ОКО"

Тип аппарата - диагностический ИИИ - генерирующий

Заводской номер - GP0004078. Год выпуска - 2019

Технические характеристики источника ионизирующего излучения:

Диапазон изменения анодного напряжения: 40-150 кВ.

Диапазон тока рентгеновской трубки: 0.5-800 мА.

3. Хранение и набор средств защиты от рентгеновского излучения персонала и пациентов соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

