

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области

наименование органа государственного контроля (надзора)

Управление Роспотребнадзора по
Ульяновской области г. Ульяновск,
ул. Д. Ульянова, 4

« 30 » апреля 20 21 г

(место составления акта)

(дата составления акта)

15-00

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 0079

По адресу/адресам: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 000377-РП от 25.03.2021г. врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области Федосковой Л.М.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

областного государственного автономного учреждения социального обслуживания
«Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске» (ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- с 05.04.2021г. по 20.04.2021г. – проведение обследования территории и помещений ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, с отбором проб воды, пищевых продуктов, воздуха, смывов, дезинфекционных средств, мыла, стирального порошка, текстильного изделия, с проведением радиологических исследований и инструментальных замеров (микроклимат, освещённость, электромагнитные излучения), продолжительность 12 рабочих дней;
- с 21.04.2021г. по 29.04.2021г. - проведение лабораторных исследований и инструментальных замеров с оформлением протоколов испытаний, заключений и экспертного заключения (продолжительность 7 рабочих дней);
- 30.04.2021г. – рассмотрение документов и оформление акта проверки (продолжительность 1 рабочий день).

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна 26.03.2021г., в 09-12 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Фомина Галина Витальевна; главный специалист – эксперт

отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Кармановская Марина Анатольевна; старшие специалисты 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Карпова Фарида Мухамедовна, Казиминова Светлана Николаевна.

Представители экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»: врачи-эксперты Азова Людмила Валерьевна, Халиуллов Ильяс Эмирович, Доронина Марина Анатольевна, Нафеев Александр Анатольевич, Соколова Фаина Фёдоровна; помощники врачей Мазанова Ирина Васильевна, Селезнёва Ирина Александровна, Фомина Светлана Владимировна, Грошева Нина Васильевна, Волостников Андрей Владимирович, Тинякова Елена Анатольевна; химик-эксперт Кулешова Ирина Александровна (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 28.03.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа о аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали представители ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске: директор Ворончихина Ольга Геннадьевна, заместитель директора по медицинской части Осипова Наталья Геннадьевна, врач-терапевт Пыльнова Татьяна Николаевна, инструктор-дезинфектор Пятаева Гузелья Рафиковна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение требований п. 9.21 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020г. № 44, в корпусе № 1 на 1-м этаже: в комнате № 21 на потолке местами подтёки;

на 2-м этаже: в комнате № 155, коридоре, туалетах, бытовых комнатах (на потолках местами подтеки, нарушена целостность линолеума, на стенах облупилась краска, в туалетах местами имеется разбитая плитка),

на 3-м этаже: в комнатах №№ 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 70, 68, 81, 89, 93, 86, 84, 82, 186, 182, 180, 193, 201, 210, 214, коридоре, туалетах, бытовых комнатах, на лестничной клетке (в комнатах отстали обои, нарушена целостность линолеума, на стенах отлетает краска, имеются щели, в туалетах местами имеется разбитая плитка);

в корпусе № 2 на стенах отлетает краска, на потолке местами подтёки, на столярных изделиях (окна, двери) отлетает краска, а именно: на 9-м этаже: в комнатах № 902, 904, 905, 911, 912, 915, 916, холл, кухня, душевая; на 8-м этаже - в холле, на 7-м этаже - в холле; на 6-м этаже - в холле; на 5-м этаже - в холле. (В соответствии с п. 9.21 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" - потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств).

Ответственные лица за выявленные нарушения: ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске и директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

2. В нарушение требований п. 9.24 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020г. № 44, часть медицинской мебели изношена, с нарушенным гигиеническим покрытием, а именно: в перевязочном кабинете и в КДЛ – мойка с тумбой; в медицинских кабинетах (приём врача № 1, ЛОР, старшая медсестра, окулист, УЗИ, КДЛ, функциональная диагностика (ЭКГ), психиатр, врачебный кабинет № 2, санпропускник в приёмном отделении, медицинский пост в 1-ом и 2-ом корпусах; процедурный кабинет 1 корпуса) – тумбы медицинские, что не позволяет качественно проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. (В соответствии с п. 9.24 Санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020г. № 44, в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели должны быть съёмные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц).

Ответственные лица за выявленные нарушения: ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске и директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

3. В нарушение указанных требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 14.04.2021г. на момент проведения плановой выездной проверки в помещении временного хранения пищевой продукции (яйцо, фрукты свежие, соки, сахар, мука, бакалейные изделия) пищеблока

ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, расположенном по адресу г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, установлено: на поверхности стен отслоение верхнего слоя; на поверхности потолка наличие участков с отслоением верхнего слоя; на поверхности облицовочной плитки пола наличие трещин. (В соответствии с требованиями п. 2.16 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений).

Ответственные лица за выявленные нарушения: ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске и директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

4. В нарушение требований п. 7 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», на момент проведения плановой выездной проверки, на пищеблоке ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, нарушались условия хранения пищевой продукции. Так, тушка цыплят-бройлеров 1-го сорта потрошенная замороженная, ГОСТ 31962-2013, срок годности и условия хранения: хранить при $t -18^{\circ}\text{C}$ - 12 месяцев, производства АО «Птицефабрика «Чамзинская» (Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Чамзинка, ул. Юбилейная, д. 2), партия 86 кг – хранилась при температуре -12°C (согласно показанию термометра в морозильном оборудовании, а также журналу ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (от -12°C до -14°C в апреле 2021 года). (В соответствии с п. 7 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции).

Ответственность за указанные нарушения возлагается на юридическое лицо ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, заведующую продовольственным складом ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Кареву Евгению Александровну

5. В нарушение СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п. 3.4 - профилактическая дезинфекция не проводится согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, а именно: в помещении аналитной ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске раствор дезинфицирующего средства 0,06 % «Юнит Хлор» не соответствует требованиям инструкции № 002/2018 по применению дезинфицирующего средства «Юнит Хлор» по концентрации активного хлора 09.04.2021г. с 09.00 до 10.30 ч произведен отбор пробы дезинфицирующего средства 0,06% раствор «Юнит Хлор». В соответствии экспертного заключения № 952/520/6 от 27.04.2021 г. по результатам протокола лабораторных испытаний проба дезинфицирующего средства № 28812 - 0,06% раствор «Юнит Хлор» не соответствует требованиям инструкции № 002/2018 по применению дезинфицирующего средства «Юнит Хлор» по концентрации активного хлора ($0,03190 \pm 0,00013$ фактически при допустимом уровне 0,055 – 0,065).

Ответственный за выявленное нарушение: инструктор-дезинфектор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Пятаева Гузелья Рафиковна, нарушение устранено в ходе проверки.

6. В нарушение СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 12.1 при проведении мероприятий по профилактике кишечных протозоозов не организовано обследование стационарных больных по показаниям, в соответствии п. 4.7. МУ 3.2.1882-04 "Профилактика лямблиоза" не обследованы пациенты с хроническими

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, обструктивными бронхитами, бронхиальной астмой, а именно: отсутствует назначение лабораторного исследования на лямблиоз в медицинских картах пациентов: № 580а (П.Н.С., 15.05.1941 г.р.) по результатам периодического медицинского осмотра терапевта установлен диагноз «Бронхиальная астма эндогенная, средней тяжести, неконтролируемая. Язвенная болезнь желудка, вне обострения», № 33 (Ч.Т.С., 02.05.1942 г.р.) - установлен диагноз «Хронический бронхит, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, вне обострения».

Ответственный за выявленное нарушение: врач-терапевт социально-медицинского отделения ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Пыльнова Татьяна Николаевна

7. В нарушение СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", глава 9, п. 9.43 - поступающий в организацию социального обслуживания имеет справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, выданную более чем за 21 календарный день до поступления в организацию, а именно: не организовано проведение противозидемических мероприятий в полном объеме - по данным медицинской карты получателя социальных услуг № 226 (Ф.С.И., 20.03.1951 г.р.), дата поступления в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске - 04.02.2021г., имеется справка врача-инфекциониста из поликлиники по месту жительства о благополучном санэпидокружении, отсутствии контакта с больным COVID-19 от 24.12.2020г. (допустимо – не позднее – 15.01.2021г.)

Ответственный за выявленное нарушение: заместитель директора по медицинской части ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Осипова Наталья Геннадьевна, нарушение устранено в ходе проверки.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):





(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний: экспертное заключение по результатам протоколов лабораторных испытаний № 696/520/7.2 от 15.04.2021; протоколы лабораторных испытаний, измерений: вода ХВС №№ 27303, 27301 от 08.04.2021, воздух закрытых помещений № П3712 от 05.04.2021г., параметры микроклимата № П4134 от 12.04.2021г., измерения световой среды № П4138 от 12.04.2021г., напряжённость электростатического и электрического полей, плотность потока ЭМП № П3967 от 08.04.2021г., жидкое мыло № 27316 от 13.04.2021г., полотенце № 27305 от 13.04.2021г, результаты микробиологических и санитарно-химических исследований проб, инструментальные замеры физических факторов отвечают требованиям санитарных норм; экспертное заключение по результатам протоколов лабораторных испытаний № 951/520/6 от 27.04.2021г, протоколы лабораторных испытаний, измерений и заключение по результатам лабораторных испытаний: воздух закрытых помещений (микробная обсемененность) № П4076 от 14.04.2021, биотесты №П4128 от 14.04.2021; протоколы лабораторных испытаний и заключения по результатам лабораторных испытаний: изделия медицинского назначения на стерильность № П4077 от 16.04.2021; смывы с объектов внешней среды № П4078 от 14.04.2021; вода ГВС №№28760, № 28771 от 21.04.2021; протокол контроля эффективности предстерилизационной очистки № 17 от 09.04.2021г; экспертное заключение по результатам протоколов лабораторных испытаний № 952/520/6 от 27.04.2021г.; протокол лабораторных испытаний и заключение по результатам лабораторных испытаний: дезинфицирующее средство 0,5% раствор «Ладога» № 28806 от 14.04.2021; протокол лабораторных испытаний: дезинфицирующее средство 0,06% раствор «Юнит-Хлор» № 28812 от 14.04.2021; по результатам санитарно-химической экспертизы проба № 28812 от 14.04.2021 не соответствует требованиям санитарных норм.

Исследования проведены аккредитованным испытательным - лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 28.03.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации); вкладные листы № 1-8 к акту проверки № 0079 от 30.04.2021г., предписание № 0218 от 30.04.2021г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

	Кармановская М.А.
	Фомина Г.В.
	Карпова Ф.М.
	Казимирова С.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Ворончихина Ольга Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » апреля 20 21 г


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске» (ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске) расположено по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 31; ИНН 7325163762, ОГРН 1027301581801 от 18.12.2002 года.

Учреждение предназначено для постоянного или временного проживания (сроком до 6 месяцев) граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет), в том числе инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, рассчитано по проекту – на 510 койко/мест, фактически на момент проверки находятся 407 человек в возрасте от 18 до 99 лет. Основным предметом деятельности учреждения является создание проживающим, ответствующих возрасту и состоянию здоровья, условий жизнедеятельности, предоставление им социальных услуг медицинского, психологического, социального характера (социально-бытовых, социально-медицинских и санитарно-гигиенических, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых).

Представлены следующие документы:

- Свидетельство о государственной регистрации права № 73:24:020701:0003:0132430001 от 04.07.06г. на здание корпуса № 1 с пристроями, общей площадью 6689,04 м²;
- Свидетельство о государственной регистрации права № 73:24:020701:0003:0132430002 от 04.07.06г. на здание корпуса № 2 9-этажное, общей площадью 6846,47 м;
- Свидетельство о государственной регистрации права № 73:24:020701:0003:0132430003 от 04.07.06г. на здание хозяйственного корпуса прачечной, общей площадью 413,61 м²;
- Свидетельство о государственной регистрации права № 73:24:020701:0003 от 21.02.07г. на земельный участок общей площадью 33079,22 м²;
- договоры на проведение дезинсекционных, дератизационных работ с ИП Садов А.В. № 39-02/15 от 06.07.20г, № 11-01/16 от 29.01.2021г. (представлены акты выполненных работ - биотехнические работы проводятся ежемесячно);
- договор на утилизацию одноразовых шприцов с ИП Гуськовым А.В. от 06.02.2021г. № б/н;
- договор на сбор и транспортировку отходов для дальнейшего обезвреживания (утилизация ламп люминесцентных отработанных, медицинские отходы) № 73-161 от 01.03.2021г. с ООО «ЭКПРО»;
- договор на вывоз и размещение твердых коммунальных отходов № 104 от 06.02.2021 с ООО «УК Экостандарт»;
- договор № 1027 от 01.01.21г. ООО «СтройВент» на выполнение работ по техническому обслуживанию механических систем вентиляции и акты выполненных работ от 28.10.2020г., 20.03.2021г.;
- договор от 12.01.2021г. с ИП Золотенко Д.С. на выполнение работ по очистке и дезинфекции вентиляционных систем, акт № 10В от 02.02.2021г.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 73.ОЦ.08.081.М.000856.08.08 от 12.08.2008г. на медицинскую деятельность;
- программа производственного контроля организации от 21.12.2020г., утвержденная руководителем;
- заключительный акт по итогам пройденного медицинского осмотра ООО «Медозон» от 15.05.2020г.

Среднесписочная численность работающего персонала – 244 человека, из них женщины – 227 человек, медицинского персонала - 82 человека (в том числе, врачей - 18, среднего медицинского персонала - 64). Медицинский осмотр сотрудники центра проходят в ООО «Медозон». График прохождения мед. осмотра утвержден руководством больницы. Определен контингент лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием вредных производственных факторов. Профилактический осмотр по приказу Минздравсоцразвития РФ № 302Н от 12.04.11г. лицами, имеющими стаж работы более 5-ти лет, пройден на базе профцентра. Заключительный акт представлен.

Общая площадь занимаемая учреждением составляет 33079,22 м², территория огорожена, благоустроена, озеленена.

ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске имеет в своем составе: два здания - корпуса № 1, № 2, хозяйственный корпус с прачечной и дезкамерным отделением. Корпуса зданий оборудованы системами механической приточно-вытяжной вентиляции и естественной вытяжной вентиляции. Ежегодный график проведения профилактического осмотра и ремонта систем вентиляции представлен, утвержден руководителем. По выполнению плана профилактического осмотра вентиляционных систем, представлены акты проверки работы систем приточно-вытяжной вентиляции. Паспортизации 22 вентиляционных установок (18-вытяжных, 4-приточных) проведена в 2012г. Вентиляционные системы приточно-вытяжной вентиляции находятся в рабочем состоянии.

Помещения организации имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено за счет люминесцентных, светодиодных ламп и ламп накаливания, светильники имеют защитную арматуру. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, отдельные рабочие места дополнительно оборудованы местным освещением. Все структурные подразделения обеспечены системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализованы в городские сети, отопление - центральное.

Корпус № 1 – расположен в 3-х этажном здании, имеет следующий поэтажный набор помещений:

1-й этаж – аналитная, кабинет врача-терапевта, пост медицинской сестры, кабинет перевязочный, кабинет процедурный, кабинет старшей медсестры, санитарно-бытовые комнаты для персонала, моечная посуды, отделение психогериатрии;

2-й этаж – актовый зал, библиотека, кухня, помещения культурно-массового обслуживания, санитарно-бытовые помещения (сан.узлы, душевые), помещения для проживания;

3-й этаж - помещения для проживания, санитарно-бытовые помещения (сан.узлы, душевые).

Внутренняя отделка помещений, кабинетов медицинского назначения выполнена из материалов, разрешенных для применения в лечебных учреждениях в соответствии с их функциональных назначением. В помещениях с влажным режимом работы, подвергающихся влажной текущей дезинфекции, стены облицованы глазурованной плиткой. Помещения и кабинеты оборудованы соответствующим медицинским оборудованием, мебелью, умывальной раковиной с подводом холодного и горячего водоснабжения, Обеззараживание воздушной среды осуществляется бактерицидными лампами, время кварцевания рассчитано. Хранение уборочного инвентаря, рабочих растворов дезинфекционных средств осуществляется в санитарной комнате, уборочный инвентарь промаркирован.

Хранение чистого и грязного белья осуществляется в соответствующих комнатах, помещения оборудованы бактерицидными облучателями, умывальными раковинами.


Для сбора отходов класса Б обеспечены одноразовыми пакетами и твердыми контейнерами, обеззараживание, временное хранение и удаление медицинских отходов осуществляется в соответствии с установленными требованиями, утилизация игл от одноразовых шприцев - деструктором.

Помещения для проживания в корпусе № 1 на 1-2 койко/место устроены по секционному типу. Площадь одноместной комнаты составляет 9 м²; 2-х местной – 12 м². Помещения оборудованы необходимой мебелью, постельными принадлежностями, умывальной раковиной с подводом холодного и горячего водоснабжения.

В отделениях проведен ремонт, окна заменены на пластиковые, помещения содержатся в удовлетворительном состоянии. Смена белья проводится еженедельно и по мере загрязнения, все больные обеспечены средствами индивидуального ухода и памперсами.

Корпус № 2 – расположен в 9-х этажном здании, оборудован системами централизованного холодного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, канализовано в городские сети, отопление - центральное, вентиляция - общеобменная приточно-вытяжная и вытяжная. Освещение естественное и искусственное – за счёт люминесцентных и светодиодных ламп.

Старший специалист 1 разряда



Карпова Ф.М.

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске



Ворончихина О.Г.

Заместитель директора ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске



Осипова Н.Г.

Вентиляционные установки паспортизированы, проверка эффективности очистки воздуха и работы вентустановок осуществляется в регулярном режиме с оформлением акта выполненных работ.

Здание имеет следующий поэтажный набор помещений:

1-й этаж – холл для посетителей, лифт пассажирский и грузо-пассажирский, автоклавная, санитарный пропускник с помещениями для санитарной обработки, карантинное отделение, административные помещения, пищеблок;

2-й этаж – медицинский блок (клинико-диагностическая лаборатория, процедурный кабинет, автоклавная, кабинет офтальмолога, медицинский пост, кабинет врача-терапевта, смотровой кабинет, стоматологический кабинет, фитобар, массажный кабинет, кабинет ЛФК, кабинет врача-оториноларинголога, физиотерапевтическое отделение), аптека готовых форм;

3-й этаж – кабинет психо-эмоциональной разгрузки, биллиардный зал, кухонное помещение, помещения для проживания, душевая;

4-й этаж - помещения для проживания, кухонное помещение, душевая, стиральная, сушильная; 5-й этаж - помещения для проживания, кухонное помещение, душевая, стиральная, сушильная; 6-й этаж - помещения для проживания, кухонное помещение, душевая, стиральная, сушильная, помещение швейной мастерской;

7-этаж – читальный зал, компьютерная комната, помещения для проживания, кухонное помещение, душевая, стиральная, сушильная;

8-й этаж - помещения для проживания, кухонное помещение, душевая, стиральная, сушильная;

9-й этаж - помещения для проживания, кухонное помещение, душевая, стиральная, сушильная.

2-й этаж- медицинский блок.

Внутренняя отделка помещений, кабинетов медицинского назначения выполнена из материалов, разрешенных для применения в лечебных учреждениях в соответствии с их функциональным назначением. В помещениях с влажным режимом работы, подвергающихся влажной текущей дезинфекции, стены облицованы глазурованной плиткой. Помещения и кабинеты оборудованы соответствующим медицинским оборудованием, мебелью, умывальной раковиной с подводом холодного и горячего водоснабжения, Обеззараживание воздушной среды осуществляется бактерицидными лампами, время кварцевания рассчитано. Выделено помещение для временного хранения грязного белья медицинского персонала, грязное белье хранится в клеенчатых мешках; помещение с водостойкой отделкой поверхностей, оборудовано умывальником, устройством для обеззараживания воздуха. Выделены шкафы для хранения уборочного инвентаря для генеральных и текущих влажных уборок. На этажах установлены рециркуляторы воздуха «Дезар» и санитайзеры.

Хранение чистого белья медицинского персонала осуществляется в комнате для персонала, где установлен 2-х-створчатый шкаф, комната оборудована бактерицидным облучателем, умывальной раковиной.

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» представлены следующие документы:

- инструкция обращения с медицинскими отходами, утвержденная директором;
- схема движения отходов по структурным подразделениям;
- технологический журнал;
- план образования отходов по классам в подразделениях;
- приказ № 113 от 11.01.2021г. «О назначении ответственных лиц за организацию обращения с отходами». Ответственными лицами являются: за организацию обращения с отходами по учреждению – заместитель директора по общим вопросам Кисарова Н.И., начальник хозяйственного отдела Глебова Н.С.; за организацию сбора отходов класса Б медицинской службы: помощник врача-эпидемиолога Никифорова Л.П. (свидетельство о повышении квалификации № 157-2000/ИЭЦ Ульяновского технического университета.); за сбор отходов класса Б в подразделениях медицинской службы - медсестры подразделений.

К работам по обращению с медицинскими отходами допускаются лица, прошедшие предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами. Персонал обеспечен комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты (халаты, перчатки, маски, специальная обувь, фартуки). Утилизация отходов осуществляется ежедневно после предварительной дезинфекции. Многооборотные емкости обрабатываются путем двукратного протирания дезинфицирующим средством. Для сбора отходов класса Б отделение обеспечено одноразовыми пакетами и твердыми контейнерами, обеззараживание, временное хранение и удаление медицинских отходов осуществляется в соответствии с установленными требованиями, утилизация игл от одноразовых шприцев осуществляется деструктором. Выделено отдельное помещение для временного хранения одноразовых использованных шприцев, с водостойкой отделкой, комната оборудована бактерицидным облучателем, умывальником.

Помещения для проживания в корпусе № 2 устроены по секционному типу на 3 человека: одно помещение на 1 койко/место, второе – на 2 койко/места с санитарным узлом, умывальной. Помещения оборудованы необходимой мебелью, постельными принадлежностями, умывальной раковиной с подводом холодного и горячего водоснабжения, имеется холодильник.

Между корпусами отапливаемый переход.

В ряде помещений проведен косметический ремонт.

Прачечная – расположена в одноэтажном отдельно стоящем здании административно-хозяйственного корпуса. Состоит из помещения приема грязного белья, постирочного цеха, сушильного и гладильного цехов, помещения для кипячения белья, склада чистого белья, гардеробной для персонала, комнатой для приема пищи. Работа организована по принципу последовательности и поточности технологического процесса, перекрещивающиеся потоки отсутствуют. Ежедневно осуществляется стирка 400кг белья. Установлено 3 стиральные машины по 35 кг, 3 стиральные машины по 8 кг, 3 сушильных барабана, 2 гладильного оборудования, 3 котла для кипячения. В помещениях прачечной проведены ремонтные работы, инженерное оборудование (водопровод, канализация, приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением) находятся в рабочем состоянии.

Моющими и дезинфицирующими средствами прачечная обеспечена в достаточном количестве, хранение осуществляется в отдельном помещении. В наличии имеются дезинфицирующие средства: «Юнит-хлор», «Ладога». Ведётся журнал приема белья.

Баня – расположена в одноэтажном отдельно стоящем здании административно-хозяйственного корпуса. Состоит из помещения приема грязного белья, раздевалка, комната хранения чистого белья, помывочная, санитарный узел. Помывочная рассчитана на 2 душевые сетки, имеются тазы с маркировкой для ног и головы. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун».

Производственно-лабораторный контроль организован согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: заключен договор на проведение производственного контроля с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», представлена программа производственного контроля, согласованная директором. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний соблюдены. Представлены протоколы лабораторных исследований за 2020г.-2021г.: протоколы инструментальных замеров микроклимата, освещенности, протокол лабораторных испытаний воды ХВС. Результаты микробиологических и санитарно-химических исследований проб отвечают требованиям санитарных норм, отклонения не выявлены.

Старший специалист 1 разряда

Карпова Ф.М.

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Ворончихина О.Г.

Заместитель директора ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Осипова Н.Г.

Медицинские кабинеты не функционируют с 24.04.2020 г., так как медицинский персонал работает в ковидном госпитале на базе ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска».

Соблюдаются требования ст. 12 п. 1 подпункт 2 и п. 5 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», а именно: для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку, размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти на территории и в помещениях (на входе в помещения корпусов центра и в общественных местах (туалеты, лестничные клетки) размещен знак «Курение запрещено».

Прилегающая территория - общая площадь составляет 33079,22 м², огорожена, благоустроена, выделена зона отдыха с беседкой и скамейками. Для сбора твердых бытовых отходов оборудована на территории заасфальтированная, огороженная площадка. На площадке установлено 4 контейнера с крышками: 3 из них с маркировкой класс «А» и один с маркировкой класс «Б». Твердые бытовые отходы вывозят согласно договора.

В ходе проведенной плановой проверки проведены лабораторные испытания и измерения: экспертное заключение по результатам протоколов лабораторных испытаний № 696/520/7.2 от 15.04.2021; протоколы лабораторных испытаний, измерений: вода ХВС №№ 27303, 27301 от 08.04.2021, воздух закрытых помещений № П3712 от 05.04.2021г., параметры микроклимата № П4134 от 12.04.2021г., измерения световой среды № П4138 от 12.04.2021г., напряженность электростатического и электрического полей, плотность потока ЭМП № П3967 от 08.04.2021г., жидкое мыло № 27316 от 13.04.2021г., полотенце № 27305 от 13.04.2021г. Результаты микробиологических и санитарно-химических исследований проб, инструментальные замеры физических факторов отвечают требованиям санитарных норм. Исследования проведены аккредитованным испытательным - лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 25.06.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации № RA.RU.510135 от 28.03.2016 г., выданный Федеральной службой по аккредитации. Результаты микробиологических и санитарно-химических исследований проб, инструментальные замеры физических факторов отвечают требованиям санитарных норм, отклонения не выявлены.

Старший специалист 1 разряда

Карпова Ф.М.

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Ворончихина О.Г.

Заместитель директора ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Осипова Н.Г.

В Областном государственном автономном учреждении социального обслуживания «Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске» для проведения рентгенодиагностических процедур оборудован рентгеновский кабинет, который состоит из процедурной площадью – 21,1 м², комнаты управления площадью – 10,6 м². Представлен технический паспорт на кабинет №314, продлен до 20.09.2021 г.

Кабинет оборудован аппаратом рентгенографическим цифровом АРЦ-01-«ОКО» зав.№ GR0004078, год выпуска 2019.

На эксплуатацию аппарата представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №73.ОЦ.11.000.М.000209.04.19 от 09.04.2019 г., выданное Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области, сроком действия до 09.04.2024 г.

В связи с увольнением рентгенлаборанта Францевой В.Б. (с 16.10.2020 г.) рентгенодиагностические исследования с октября 2020 года по настоящее время не проводятся.

Приказом по учреждению №104-хд от 11.01.2021 г. ответственность за обеспечение радиационной безопасности, организацию производственного контроля за соблюдением и выполнением норм радиационной безопасности и требований СанПиН 2.6.1.1192-03 возложена на заместителя директора по медицинской части Осипову Наталью Геннадьевну.

На ответственного за радиационную безопасность по учреждению представлено свидетельство о прослушивании 31.03.2016 г. по 01.04.2016 г. семинара по теме «Работа с источниками ионизирующего излучения в закрытом виде» по 10-часовой программе в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области». В настоящее время ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске заключен договор с ООО «Новые технологии» на обучение ответственного лица за обеспечение радиационной безопасности заместителя директора по медицинской части Осипову Н.Г. по дополнительной образовательной программе по радиационной программе № 2021/1-05 от 22.03.2021 г.

Приказом по учреждению №82-хд от 09.01.2020 г. к группе «А» отнесены 2 человека (врач рентгенолог, рентгенлаборант), в 2021 году издан приказ по учреждению № 112-хд от 11.01.2021 г., согласно которого к группе «А» отнесен 1 человек (врач рентгенолог; должность рентгенлаборанта вакантная).

Ежегодно учреждением составляется радиационно-гигиенический паспорт.

В 2020 году ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске проведено 566 флюорографических исследований. Средняя индивидуальная доза группы «А» составила 0,805 мЗв/год, коллективная доза группы «А» - 0,000805 чел.-Зв/год.

Документы, подтверждающие обучение персонала, представлены. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и журнал комплексного технического обслуживания медицинской техники имеются.

Контроль за дозами облучения персонала осуществляется с помощью индивидуальных дозиметров. Дозиметры ежеквартально сдаются для считывания в ООО «Новые технологии» по договору №19 от 11.12.2020 г. Карточка учета индивидуальных доз облучения персонала группы А- рентгенлаборанта Францевой В.Б. заведена, суммарная годовая эффективная доза облучения рентгенлаборанта проставлена.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске» (ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске), по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, установлено, что обязательство по оказанию услуги по организации горячего лечебного питания, обеспечено ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске.

Пищеблок ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, расположен по адресу: г. Ульяновск, бульвар Киевский, д. 6А: санитарно-техническое состояние пищеблоков удовлетворительное; инженерные сети холодного и горячего водоснабжения, канализации централизованные; отопление центральное; освещение совмещенное; вентиляционная система приточно-вытяжная; набор помещений соответствует требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»; поточность технологического процесса соблюдается.

В состав пищеблока входит следующий набор помещений: горячий цех, раздача, мясной цех, овощной цех, моечная столовой посуды, моечное отделение кухонной посуды, склад сыпучих продуктов, туалет для персонала. Имеющиеся в наличии технологическое оборудование в рабочем состоянии, санитарная обработка его проводится по мере загрязнения и по окончании работы.

Холодильного оборудования достаточно, товарное соседство при хранении пищевых продуктов выдерживается. Суточные пробы хранятся в холодильнике. Разделочные столы, посуда, инвентарь промаркированы, использовались по назначению. Пищеблоки обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве. Продукты закупаются при наличии сопроводительных документов, имеется запись в журнале приема входящего сырья. Бракераж готовых блюд осуществляется. Общее санитарное состояние пищеблоков удовлетворительное. Влажная уборка проводится своевременно.

Программа производственного контроля имеется. Производственный контроль осуществляется согласно графика. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы.

В ходе проведения плановой выездной проверки произведено взятие пробы обеда производства ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске для проведения лабораторных исследований по определению химического состава и пищевой ценности на пищеблоке (г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31). Согласно протоколу лабораторных испытаний и заключению по результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области», № 29923 от 20.04.2021г. взятая проба обеда соответствует требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске на пищеблоке, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, 14.04.2021г. установлено нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Для снижения доз облучения пациентов применяются индивидуальные средства радиационной защиты: большой защитный фартук. Контроль защитной эффективности средств радиационной защиты осуществляется ЛРК АО «Медтехника» (г.Волгоград) (представлен протокол №СЗ 198-19 от 04.09.2019 контроля свинцового эквивалента средств радиационной защиты).

Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана, протокол радиационного контроля в рентгенкабинете №П13122 от 04.09.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».

Журнал технического обслуживания медицинской техники представлен. Техническое обслуживание рентгеновского оборудования осуществляется по договору ЗАО «НИПК «Электрон» (дата последнего обслуживания 20.02.2020 г.). Контрольно-технический журнал заполняется в дни

Инструкция по радиационной безопасности и радиационному контролю при работе с рентгенаппаратом разработана, утверждена 12.04.2016 г. директором учреждения. В журнале регистрации инструктажа на рабочем месте запись о проведении инструктажа внесена.

Старший специалист 1 разряда
Заместитель директора по
медицинской части ОГАУСО ГЦ
«Забота» в г. Ульяновске
Директор ОГАУСО ГЦ «Забота»
в г. Ульяновске



Казиминова С.Н.

Осипова Н.Г.

Ворончихина О.Г.

В соответствии с п. 7 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

В нарушение указанных требований на момент проведения плановой выездной проверки на пищеблоке ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, расположенном по адресу г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, нарушались условия хранения пищевой продукции. Так, тушка цыплят-бройлеров 1-го сорта потрошенная замороженная, ГОСТ 31962-2013, срок годности и условия хранения: хранить при $t -18^{\circ}\text{C}$ - 12 месяцев, производства АО «Птицефабрика «Чамзинская» (Республика Мордовия, Чамзинский район, р. п. Чамзинка, ул. Юбилейная, д. 2), партия 86 кг – хранилась при температуре -12°C (согласно показанию термометра в морозильном оборудовании, а также журналу ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании (от -12°C до -14°C в апреле 2021 года).

В соответствии с положениями статьи 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах образует состав административно наказуемого деяния.

Ответственность за указанные нарушения возлагается на юридическое лицо ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, заведующую продовольственным складом ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Кареву Евгению Александровну.

В ходе проведения плановой выездной проверки произведено взятие пробы соли пищевой молотой йодированной, помол № 1, масса нетто 1000 г, даты изготовления 14.11.2020г., сроком годности 18 месяцев, изготовителя ООО «Руссоль» (Оренбургская область, г. Соль Илецк, ул. Южная, 1/1), партия 41 кг, для проведения лабораторных испытаний.

Согласно протоколу лабораторных испытаний и заключению по результатам лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» № 29960 от 19.04.2021г., соль пищевая молотая йодированная, помол № 1, даты изготовления 14.11.2020г., сроком годности 18 месяцев, изготовителя ООО «Руссоль» (Оренбургская область, г. Соль Илецк, ул. Южная, 1/1), не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателю Йод – содержание йода фактически составило $0,071 \pm 0,006$ мг/г, при норме $0,025-0,055$ мг/г.

В соответствии с требованиями п. 2.16 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

В нарушение указанных требований 14.04.2021г. на момент проведения плановой выездной проверки в помещении временного хранения пищевой продукции (яйцо, фрукты свежие, соки, сахар, мука, бакалейные изделия) пищеблока ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске, расположенном по адресу г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31, установлено: на поверхности стен отслоение верхнего слоя; на поверхности потолка наличие участков с отслоением верхнего слоя; на поверхности облицовочной плитки пола наличие трещин.

В соответствии с положениями статьи 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, образует состав административно наказуемого деяния.

Ответственность за данные нарушения возлагается на юридическое лицо ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске.

В соответствии с требованиями п. 3.1 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов. Совместная перевозка (транспортирование) продовольственного (пищевого) сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции допускается при условии наличия герметической упаковки, а также при соблюдении температурно-влажностных условий хранения и перевозки (транспортирования).


В соответствии с требованиями п. 2.9 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Г.В. Фомина

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске



О.Г. Ворончихина

Информация о несоответствии соли пищевой молотой йодированной, помол № 1, даты изготовления 14.11.2020г., срок годности 18 месяцев, изготовления ООО «Руссоль» (Оренбургская область, г. Соль Илецк, ул. Южная, 1/1), требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», будет направлена в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области для принятия мер в отношении изготовителя.


Главный специалист-эксперт

отдела санитарного надзора



Г.В. Фомина

Директор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске



О.Г. Ворончихина

Организационная работа по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске проводится в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия, Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, приказов директора ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске.

С 24.04.20г. введен режим изоляции для получателей социальных услуг и сотрудников, запрещен выход за пределы учреждения (14-дневная рабочая смена – 60 сотрудников от общего количества – 232 чел.).

Разработан и утвержден план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с введением ограничительных мероприятий (от 31.03.20г.):

- организован «входной фильтр» для сотрудников с проведением бесконтактной термометрии, обработкой рук кожным антисептиком («Умилон»), на вахте выделены емкости с многоразовыми масками и для обработки использованных масок, каждые 2 часа проводится дезинфекционная обработка ковриков (замачивание в 0,06% растворе «Юнит Хлор»).

- Каждый получатель социальных услуг (при выходе в ЛПО для консультации и госпитализации) обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания - многоразовыми масками и одноразовыми медицинскими масками, перчатками, антисептическими средствами для обработки рук в малой расфасовке («Умилон», «Форисепт Элект»).

- Персонал в достаточном количестве обеспечен средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве (комбинезоны «Каспер», бахилы клеенчатые, маска респираторная без клапана ПХП-2, одноразовые халаты, перчатки, бахилы, чепчики, маски)

- Обеспечено регулярное обеззараживание воздуха (рециркуляторы ОРУБ 3-5 Кронт с автоматическим подсчетом отработанного времени), проветривание помещений, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, обработкой контактных поверхностей, выключателей, дверных ручек, поручней, перил, санитарно-технического оборудования («Юнит-Хлор» 0,06 %, «Ладога» - процедурные, перевязочные кабинеты, «Триасепт окси» - поверхности, при приеме передач, «Невасепт Лайт» - входные группы, медицинские кабинеты).

- заключительная камерная дезинфекция проводится в камере ВФЭ 1,5/1,0 «СЗМО», используются аэрозольный генератор PRO-ULF, парогенератор ALUR BF 013 FR.

В нарушение СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п. 3.4. профилактическая дезинфекция не проводится согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, а именно: в помещении аналитной ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске раствор дезинфицирующего средства 0,06 % «Юнит Хлор» не соответствует требованиям инструкции № 002/2018 по применению дезинфицирующего средства «Юнит Хлор» по концентрации активного хлора 09.04.2021г. с 09.00 до 10.30 ч произведен отбор пробы дезинфицирующего средства 0,06% раствор «Юнит Хлор». В соответствии экспертного заключения № 952/520/6 от 27.04.2021 г. по

результатам протокола лабораторных испытаний проба дезинфицирующего средства № 28812 - 0,06% раствор «Юнит Хлор» не соответствует требованиям инструкции № 002/2018 по применению дезинфицирующего средства «Юнит Хлор» по концентрации активного хлора ($0,03190 \pm 0,00013$ фактически при допустимом уровне $0,055 - 0,065$).

Ответственный за выявленное нарушение: инструктор-дезинфектор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Пятаева Гузелья Рафиковна, нарушение устранено в ходе проверки.

- Санитарно-просветительская работа организована путем размещения на каждом этаже проживания и в административных помещениях информационных плакатов об основных симптомах заболевания COVID-19 и мерах профилактики, с разъяснением правил ношения масок для защиты органов дыхания, перчаток; о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками, соблюдения социальной дистанции между работниками организации не менее 1,5 метра.

Всего в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске по состоянию на 06.04.2021г. находится 409 получателей социальных услуг, из них 71 – переболел COVID-19. По результатам серологического обследования в зависимости от титра антител класса IgG на проведение вакцинации запланировано 265 человек. В период с 08.02.2021г. по 06.04.2021г 202 из 265 человек получили обе дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Общее число сотрудников ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске- 206 человек, из них 33 перенесли COVID-19, 54 чел. имеют антитела класса IgG. В период с 04.02.2021 по 06.04.2021г вакцинировано обеими дозами 80 из 87 подлежащих лиц.

Случаи инфекционных заболеваний в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске регистрируются в журнале инфекционных заболеваний ф №60.

Количество заболевших инфекционными заболеваниями за 2020 год (по окончательным диагнозам): ОРВИ - чел, внебольничная пневмония – 64 человека, новая коронавирусная инфекция COVID-19 – 71 чел., новая коронавирусная инфекция COVID-19, вирус не идентифицирован – 18 чел.

После госпитализации пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией на стационарное лечение в комнатах заболевших проводится заключительная дезинфекция и кварцевание.

Главный специалист-эксперт

 Кармановская М.А.

Директор ОГАУСО ГЦ "Забота" в г. Ульяновске

 Ворончихина О.Г.

Инструктор-дезинфектор ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске *Темайл* Пятаева Г.Р.

Проверены медицинские карты получателей социальных услуг с диагнозами «внебольничная пневмония»: больные по показаниям госпитализируются в инфекционные отделения стационаров, проводится бактериологический посев мокроты на микрофлору, чувствительность к антибиотикам, обследование на COVID-19:

Карта № 742 (С.В.Н., 26.11.1951 г.р.) с 06.10.2020г. по 23.10.2020г. находился на госпитализации в ГУЗ «Большенагаткинская РБ» при лабораторном обследовании подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. В годовом эпикризе в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске отметка о перенесенном заболевании имеется.

Карта № 867 (Ч.С.М., 23.04.1955 г.р.) – с 24.09.2020г. по 20.10.2020г. находился на госпитализации в инфекционном отделении № 1 ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией, при лабораторном обследовании подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции. В годовом эпикризе в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске отметка о перенесенном заболевании имеется.

При выборочной проверке медицинских карт получателей социальных услуг выявлены следующие нарушения:

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п. 12.1 при проведении мероприятий по профилактике кишечных протозоозов не организовано обследование стационарных больных по показаниям, в соответствии п. 4.7. МУ 3.2.1882-04 "Профилактика лямблиоза" не обследованы пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, обструктивными бронхитами, бронхиальной астмой, а именно: отсутствует назначение лабораторного исследования на лямблиоз в медицинских картах пациентов: № 580а (П.Н.С., 15.05.1941 г.р.) по результатам периодического медицинского осмотра терапевта установлен диагноз «Бронхиальная астма эндогенная, средней тяжести, неконтролируемая. Язвенная болезнь желудка, вне обострения», № 33 (Ч.Т.С., 02.05.1942 г.р.) - установлен диагноз «Хронический бронхит, ремиссия. Хронический поверхностный гастрит, вне обострения».

Ответственный за выявленное нарушение: врач-терапевт социально-медицинского отделения ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Пыльнова Татьяна Николаевна

В нарушение СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", глава 9, п. 9.43 поступающий в организацию социального обслуживания имеет справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, выданную более чем за 21 календарный день до поступления в организацию, а именно: не организовано проведение противоэпидемических мероприятий в полном объеме - по данным медицинской карты получателя социальных услуг № 226 (Ф.С.И., 20.03.1951 г.р.), дата поступления в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске - 04.02.2021г., имеется справка врача-инфекциониста из поликлиники по месту жительства о благополучном санэпидокружении,

отсутствии контакта с больным COVID-19 от 24.12.2020г. (допустимо – не позднее – 15.01.2021г.)

Ответственный за выявленное нарушение: заместитель директора по медицинской части ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске Осипова Наталья Геннадьевна, нарушение устранено в ходе проверки.

Опекаемые, поступающие в ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске после стационарного лечения, для проведения медицинского наблюдения, санитарной обработки размещаются в санитарный пропускник на 14 дней. Санпропускник развернут на 10 коек. Имеется противопедикулезная укладка, укомплектованная в полном объеме, для мытья выделены индивидуальные мочалки, мыло. Для изоляции проживающих опекаемых с признаками инфекционного заболевания имеется два изолятора: в корпусе №2- на 2 койки, в корпусе №1- на 3 койки.

По медицинским показаниям получателям социальных услуг проводятся парентеральные манипуляции в палатах проживания. За 2020 год проведено 8516 подкожных и 4660 внутримышечных инъекций, 979 внутривенных инфузий/инъекции, за 1 квартал 2021г. – 1524, 908 и 310, соответственно. В перевязочном кабинете в 2020г. проведена 4071 чистая перевязка и 5736 гнойных перевязок, за 1 квартал 2021 г. – 670 и 2066, соответственно. Очередность перевязок планируется и проводится с учётом чистоты ран.

Для проведения парентеральных манипуляций в процедурном кабинете ежедневно вскрываются 2 бикса со стерильными изделиями медицинского назначения в крафт-пакетах, которые вскрываются каждые 6 часов, стерильный материал для обработки инъекционного поля обрабатывается в крафт-пакетах (дата стерилизации указывается).

Изделия медицинского назначения многократного применения дезинфицируются в ультразвуковых мойках

Дезинфекционный режим процедурного кабинета поддерживается 0,5% раствором средства «Ладога» (текущая обработка поверхностей, изделий медицинского назначения.) Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится - 1 раз в неделю в соответствии графика. Рабочие растворы для текущей дезинфекции готовятся ежедневно, в емкости с плотно прилегающей крышкой, биркой с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации, даты приготовления и срока годности.

Главный специалист-эксперт

Кармановская М.А.

Директор ОГАУСО ГЦ "Забота" в г. Ульяновске

Ворончихина О.Г.

Заместитель директора по медицинской части
ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Осипова Н.Г.

Врач-терапевт социально-медицинского отделения
ОГАУСО ГЦ «Забота» в г. Ульяновске

Пыльнова Т.Н.