



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 73.ОЦ.11.000.М.000965.09.23 от 27.09.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ОГАУСО ГЦ "ЗАБОТА" в г. Ульяновске по адресу: г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д.31

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр "ЗАБОТА" в г. Ульяновске : 432057, г. Ульяновск, улица Оренбургская, д.31 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН 2.6.1.2523 - 09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе их эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1079/1876 ОЛД/10 от 15.08.2023 г., выданное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"

Заключение действительно до 27.09.2028 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№8860818



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Содержание документа

ПРИЛОЖЕНИЕ К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 73.ОЦ.11.000.М.000965.09.23 ОТ 27.09.2023 г.

Условия работы с источниками ионизирующего излучения: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

1. Наименование. Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания "Геронтологический центр "ЗАБОТА" в г. Ульяновске

1.1 Адрес юридический: 432057, г. Ульяновск, улица Оренбургская, д.31

1.2 Адрес фактический: 432057, г. Ульяновск, улица Оренбургская, д.31

2. Эксплуатация:

2.1 Аппарат рентгеновский стоматологический Evolution X3000 2С/1

Тип аппарата - диагностический, ИИИ - генерирующий.

Заводской номер - 38786 Год выпуска - 2021.

Технические характеристики источника ионизирующего излучения:

Максимальное анодное напряжение: 70 кВ.

Ток трубки: до 8 мА.

(в помещении стоматологического кабинета)

3. Хранение и набор средств защиты от рентгеновского излучения персонала и пациентов

соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Дубовицкая Елена Николаевна
Ф., И., О., подпись, печать